Katalog-Nr.	Kategorie	Bezeichnung	MERLIN Diagnostika
E1-832-080	AR	MICRONAUT-AM EUCAST AFST 2-Test Plate	
Layout	K		Aktualisierung:
2 Tests			**25.06.2015**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	APH 2	POS 0,25	POS 4	VOR 0,25	VOR 4	FCA 2	FCA 32	MIF 0,03125	MIF 2	ANF 0,0625	ANF 1	ANF 4
B	APH 1	POS 0,125	POS 2	VOR 0,125	VOR 2	FCA 1	FCA 16	MIF 0,015625	MIF 0,25	ANF 0,03125	ANF 0,5	ANF 2
C	APH 0,5	POS 0,0625	POS 1	VOR 0,0625	VOR 1	FCA 0,5	FCA 8	MIF 0,0078125	MIF 0,125	ANF 0,015625	ANF 0,25	NGC
D	APH 0,25	POS 0,03125	POS 0,5	VOR 0,03125	VOR 0,5	FCA 0,001953125	FCA 4	MIF 0,001953125	MIF 0,0625	ANF 0,001953125	ANF 0,125	GC
E	APH 2	POS 0,25	POS 4	VOR 0,25	VOR 4	FCA 2	FCA 32	MIF 0,03125	MIF 2	ANF 0,0625	ANF 1	ANF 4
F	APH 1	POS 0,125	POS 2	VOR 0,125	VOR 2	FCA 1	FCA 16	MIF 0,015625	MIF 0,25	ANF 0,03125	ANF 0,5	ANF 2
G	APH 0,5	POS 0,0625	POS 1	VOR 0,0625	VOR 1	FCA 0,5	FCA 8	MIF 0,0078125	MIF 0,125	ANF 0,015625	ANF 0,25	NGC
H	APH 0,25	POS 0,03125	POS 0,5	VOR 0,03125	VOR 0,5	FCA 0,001953125	FCA 4	MIF 0,001953125	MIF 0,0625	ANF 0,001953125	ANF 0,125	GC

[Angabe der Konzentrationen in µg/ml] [Ausgabe von DIN-Kürzeln]

LEGENDE

APH	Amphotericin B
ANF	Anidulafungin
FCA	Fluconazol
MIF	Micafungin
NGC	Negativ Kontrolle
POS	Posaconazol
VOR	Voriconazol
GC	Wachstumskontrolle